



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ วศ.(งป) ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการพิจารณา และคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอและราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้จะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้ง ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน ๖๗๑๑๘๐

ที่ อว ๖๕๐๑.๑๐๐๑/พด.๑๔๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑) เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามที่ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ วศ.(งป) ๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘
ภายในวงเงิน ๑,๒๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙
หมวดค่าครุภัณฑ์ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเสนอราคาเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ราคา (price) ในการ
พิจารณา นั้น

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ
ดังนี้

มีผู้รับประกาศและยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย คือ

๑. บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด

๒. บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จำกัด

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว
ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ ราย ผ่านการคัดเลือกโดยไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเมื่อพิจารณารายละเอียด
คุณลักษณะด้านเทคนิคแล้ว ทั้ง ๒ ราย ไม่มีผู้ผ่านรายละเอียดคุณลักษณะด้านเทคนิคตามข้อกำหนดของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

๑. บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด

๑.๑ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๓ กำหนดไว้ว่า
ประตูตู้เก็บสารเคมีต้องบุด้วยซิลยางโดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บสารเคมีบาน
ประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. พร้อมซิลยางกระจกโดยรอบติดตั้งอยู่ในกรอบ
เหล็ก ๒ ชั้น พร้อมพ่นสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้เก็บสารเคมี มือจับเปิด-ปิดบานประตูตู้เก็บสารเคมีทำด้วย
ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล็อก บานพับชนิดสเตนเลสสตีล ความสูงยาวตลอดความสูงของ
หน้าบาน ด้านล่างตู้เก็บสารเคมีสามารถปรับระดับความสูงตู้ได้ทั้ง ๔ ขา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบ
เอกสารยืนยันด้านล่างตู้เก็บสารเคมีสามารถปรับระดับความสูงตู้ได้ทั้ง ๔ ขา

๑.๒ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๘.๑.๑ และข้อ ๔.๘.๑.๒ กำหนดไว้ว่า หลอดไฟ LED สีเขียว แสดงสถานะการทำงานพัลสมาตรฐานปกติ และหลอดไฟ LED สีแดง แสดงสถานะการทำงานพัลสมาตรฐานผิดปกติ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันสถานะการทำงานของหลอดไฟ LED

๑.๓ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๓ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๘) กำหนดไว้ว่า เอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรระบบอากาศ ต้องมีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และเอกสารรับรองการอบรมมาตรฐาน ASHRAE๑๑๐ ที่ยังไม่หมดอายุ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรระบบอากาศ

๑.๔ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๔ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๙) กำหนดไว้ว่า เอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และเอกสารรับรองการอบรมมาตรฐาน ISO IEC ๑๗๐๒๕ ที่ยังไม่หมดอายุ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรโยธา

๑.๕ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๕ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๑๐) กำหนดไว้ว่า ผู้ตรวจสอบการติดตั้งต้องมีใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรอง

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันผู้ตรวจสอบการติดตั้ง

๒. บริษัท นิวแลบ เทคโนโลยี จำกัด

๒.๑ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๓ กำหนดไว้ว่า ประตูตู้เก็บสารเคมีต้องบุด้วยซีลยางโดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บสารเคมีบานประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า ๕ มม. พร้อมซีลยางกระจกโดยรอบติดตั้งอยู่ในกรอบเหล็ก ๒ ชั้น พร้อมพ่นสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้เก็บสารเคมี มือจับเปิด-ปิดบานประตูตู้เก็บสารเคมีทำด้วย ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล็อก บานพับชนิดสเตนเลสสตีล ความสูงยาวตลอดความสูงของหน้าบาน ด้านล่างตู้เก็บสารเคมีสามารถปรับระดับความสูงตู้ได้ทั้ง ๔ ขา

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันด้านล่างตู้เก็บสารเคมีสามารถปรับระดับความสูงตู้ได้ทั้ง ๔ ขา

๒.๒ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๘.๑.๑ และข้อ ๔.๘.๑.๒ กำหนดไว้ว่า หลอดไฟ LED สีเขียว แสดงสถานะการทำงานพัลสมาตรฐานปกติ และหลอดไฟ LED สีแดง แสดงสถานะการทำงานพัลสมาตรฐานผิดปกติ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันสถานะการทำงานของหลอดไฟ LED

๒.๓ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๓ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๘) กำหนดไว้ว่า เอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรระบบอากาศ ต้องมีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และเอกสารรับรองการอบรมมาตรฐาน ASHRAE๑๑๐ ที่ยังไม่หมดอายุ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรระบบอากาศ

๒.๔ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๔ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๙) กำหนดไว้ว่า เอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร และเอกสารรับรองการอบรมมาตรฐาน ISO IEC ๑๗๐๒๕ ที่ยังไม่หมดอายุ

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันบุคลากรวิศวกรโยธา

๒.๕ เนื่องจาก ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ ๔.๑๕ และเอกสารประกวดราคา ข้อที่ ๓.๒ (๑๐) กำหนดไว้ว่า ผู้ตรวจสอบการติดตั้งต้องมีใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรอง

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารในการยื่นข้อเสนอในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ ไม่พบเอกสารยืนยันผู้ตรวจสอบการติดตั้ง

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมี ขนาด ๑.๒๐ เมตร แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทั้งนี้จะดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้งต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
(นายปริญญ์ ฉากจณโรตม)

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
(นางดวงฤดี ฉายสุวรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
(นายพร้อม แก่นทับทิม)

๒ เรียง คณบดี

เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และจะดำเนินการ
ใหม่ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้งตามที่
คณะกรรมการเสนอ

(นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ)
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 พ.ย. 2568

๓

อนุมัติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

17 พ.ย. 2568